

2023年1月5日

品質報告書

株式会社森永生科学研究所
品質保証部

製品名 : QC マテリアル卵
Cat. No. : M2601
Lot No. : 22MYQCEG009
有効期限 : MAY. 22 2024

ELISA 法による分析結果

試験回数	3回	
使用キット	FASPEK エライザⅡ卵 (卵白アルブミン) Lot No. 22FESFOA128	
試験結果 (卵タンパク質濃度)	平均値 (µg/g)	11.65
	標準偏差 (µg/g)	0.39
	相対標準偏差 (%)	3.3