

2024年5月27日

品質報告書

株式会社森永生科学研究所
品質保証部



製品名 : QC マテリアル小麦
Cat. No. : M2603
Lot No. : QWH006
有効期限 : MAR.24 2026

ELISA 法による分析結果

試験回数	3回	
使用キット	FASPEK エライザII 小麦 (グリアジン) Lot No. 24JASFGD120	
試験結果 (小麦タンパク質濃度)	平均値 (μg/g)	10.13
	標準偏差 (μg/g)	0.65
	相対標準偏差 (%)	6.4