



2024年7月25日

## 品質報告書 / Quality Control Report

株式会社森永科学研究所  
Morinaga BioScience, Inc.  
品質保証部長  
Manager, Quality Assurance Department

*C. Hirao*

製品名 / Product name : QCマテリアル牛乳 / QC Material Milk  
Cat. No. : M2602  
Lot No. : QTM011  
有効期限 / Expiration date : MAY.26 2026

### ELISA法による分析結果 / Results of the ELISA test

試験回数 / Number of measurements	3回 / 3times	
使用キット / Kit name	FASPEKエライザⅡ牛乳 / Total Milk ELISA Kit	
ロット / Batch number	Lot No. 23DESFTM009	
試験結果 / Test results	平均値 / Average (μg/g)	12.96
	標準偏差 / Standard deviation (μg/g)	0.70
	相対標準偏差 / Relative standard deviation (%)	5.4