

2023年6月23日

品質報告書

株式会社森永生科学研究所
品質保証部



製品名 : QC マテリアル卵
Cat. No. : M2601
Lot No. : QEG010
有効期限 : JUN.11 2025

ELISA 法による分析結果

試験回数	3回	
使用キット	FASPEK エライザⅡ卵(卵白アルブミン) Lot No. 23MASFOA150	
試験結果 (卵タンパク質濃度)	平均値 (μg/g)	10.15
	標準偏差 (μg/g)	0.16
	相対標準偏差 (%)	1.6